LUX INFUSION

Hoja de trabajo de programación de la bomba, modo variable

Nombre del paciente:_____ MRN: _____

Marca/modelo de la bomba_____ Número de serie: _____

Fecha de vencimiento del mantenimiento preventivo: _____ Número de receta: _____

Unidades: ML

Retraso: APAGADO

Volumen de la bolsa: _____

N.º de dosis de ML: _____
Tasa de KVO: _____ML/HR

Dosis	Cantidad a infundir (ML)	Tasa (ML/HR)	Tiempo (HH:MM)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Dosis totales:

Tiempo total:

Volumen total:

Opciones:

Nivel de bloqueo _____ (para IVIG establecido en 1)

Total por hora: APAGADO ENCENDIDO (para IVIG establecido en apagado)

Borrar por hora: APAGADO

Oclusión hacia abajo: BAJO ALTO (para IVIG establecido en alto)

Sensibilidad al aire: 0.1 ml 2.0 ml (para IVIG establecido en 2.0 ml)

Audio: 9

Conserve este documento en el hogar del paciente.